

 <b>FUNDAÇÃO SAÚDE</b>		<b>PROCESSO: SEI-080002/002114/2024</b>	
<b>INSTITUIÇÃO:</b> FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		<b>CNPJ:</b> 10.834.118/0001-79	
<b>FORNECEDOR:</b>		<b>IE:</b>	
<b>CNPJ:</b>		<b>BAIRRO:</b>	
<b>END:</b>		<b>CEP:</b>	
<b>CIDADE:</b>		<b>FAX:</b>	
<b>FONE:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>	
<b>E-MAIL:</b>			
PRODUTOS			
ITEM	CÓDIGO SIGA	DESCRIPTIVO	MARCA UND QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL
1	6530.004.0036 ID 183225	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL: ACO COM PINTURA ELETROSTATICA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, DIMENSAO (C X L X H): 210 ~ 225 CM(C) X 95 ~ 110 CM(L) X 30 ~ 90 CM(H), UTILIZACAO: ADULTO, APLICACAO: ENFERMARIA / CTI, ACIONAMENTO: ELETRICO COM CONTROLE REMOTO E POR PAINEL DE CONTROLE NAS GRADES LATERAIS E PESEIRAS, ESTRADO: EM MATERIAL TERMOPLASTICO OU MDF LAMINADO, CAPACIDADE PESO: MINIMO DE 250KG, AJUSTE POSICAO: FAWLER, SEMIFAWLER, SENTADO, REVERSO, FLEXAO DE JOELHOS, VASCULAR, CARDIACO, ELEVACAO DO LEITO, TRENDLEMBURG E REVERSO, GRADE LATERAL: PAR PARA O DORSO, PARA AS PERNAS, ARTICULAVEL E COM SISTEMA DE SEGURANCA TIPO TRAVA E DESTRAVA, COLCHAO: COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEAVEL, PARA-CHOQUE: NAS EXTREMIDADES, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - Código do Item: 6530.004.0036 (ID - 183225) - ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: o item deverá apresentar protetores de parede nos quatro cantos do leito; suporte para sorro; bateria para acionamento dos movimentos no caso de falta de energia; rodízios de 4" a 10"; colchão compatível com a cama; função de CPR; cabeceiras removíveis e grades em PEAD (Polietileno de alta densidade) com sistema de segurança trava e destrava; freio de dupla ação em diagonal; alimentação elétrica: 220V.	UND 1686
2	6530.004.0037 ID 183306	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL: ACO COM PINTURA ELETROSTATICA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, DIMENSAO (C X L X H): 220~230CM X 130~140CM X 40~80CM, UTILIZACAO: OBESIDADE MORBIDA COM PESAGEM DOS PACIENTES, APLICACAO: ENFERMARIA / CTI, ACIONAMENTO: ELETRICO COM CONTROLE REMOTO E POR PAINEL DE CONTROLE NAS GRADES LATERAIS E PESEIRAS, ESTRADO: EM MATERIAL DE ACO/TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE PESO: MINIMO DE 350 KG, AJUSTE POSICAO: FAWLER, SEMI-FAWLER, SENTADO, REVERSO, FLEXAO DE JOELHOS, VASCULAR, CARDIACO, ELEVACAO DO LEITO, TRENDLEMBURG E REVERSO, GRADE LATERAL: PAR PARA O DORSO, PARA AS PERNAS, ARTICULAVEL E COM SISTEMA DE SEGURANCA TIPO TRAVA E DESTRAVA, COLCHAO: COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEAVEL, PARA-CHOQUE: NAS EXTREMIDADES, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - Código do Item: 6530.004.0037 (ID - 183306) - ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: o item deverá apresentar protetores de parede nos quatro cantos do leito; suporte para sorro; bateria para acionamento dos movimentos no caso de falta de energia; rodízios de 4" a 10"; colchão compatível com a cama; função de CPR; cabeceiras removíveis e grades em PEAD (Polietileno de alta densidade) com sistema de segurança trava e destrava; freio de dupla ação em diagonal; alimentação elétrica: 220V. A cama deve ser acompanhada de balança para pesagem do paciente.	UND 86
			TOTAL:
INSTRUÇÕES			
1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO			
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.			
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.			
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:			
1. PRAZO DE ENTREGA: Deverá ocorrer no prazo de 60 (Sessenta) dias corridos a partir do recebimento da nota de empenho			
2. ENDEREÇO DE ENTREGA: Centro de Distribuição da FSERJ (CD Pavuna), situada na rua Herculano Pinheiro nº 153, Pavuna - Rio de Janeiro. Horário: De segunda a sexta-feira, das 08 às 16h.			
3. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado de acordo com a quantidade e o valor dos itens efetivamente fornecidos, condicionados à apresentação das notas fiscais/faturas, as quais deverão ser devidamente atestadas por representantes da Administração.			