



INSTITUIÇÃO:	FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CNPJ:	10.834.118/0001-79
FORNECEDOR:			
CNPJ:			IE
END:			BAIRRO:
CIDADE:			CEP:
FONE:			FAX:
E-MAIL:			RESPONSÁVEL:

PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO SIGA	DESCRIPTIVO	MARCA	UND	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	Código do Item: 6530.021.0009 (ID - 171260)	1 - BERÇO HOSPITALAR,ESTRUTURA: REFORCADA CONSTRUCAO TUBULAR, PINTADA EM TINTA EPOXI TEXTURIZADA, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, MATERIAL: CUBA EM ACRILICO, DIMENSAO CUBA (L X P X H): 45 X 60 X 30 CM, COLCHAO: ANTIALERGICO, DIMENSAO: COMPATIVEL COM A CUBA, Acessórios: COM PROTECAO DE CINTO, GRADES LATERAIS, MOVIMENTOS FOWLER, RODAS DE 3`` COM FREIOS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPEMENTAR: AS DIMENSÕES DA CUBA DO BERÇO SERÃO ACEITAS MAIOR OU IGUAL AO DESCRITO NO SIGA.		UND	61		
2	Código do Item: 6518.285.0002 (ID - 182960)	2 - EQUIPAMENTO FOTOTERAPIA NEONATAL,APLICACAO: TRATAMENTO DA HIPERBILIRRUBINEMIA, COM PEDESTAL DE AJUSTE, DISPLAY: LCD, COR LUZ: AZUL, QUANTIDADE LEDS: MINIMO 15 LEDS DE ALTA POTENCIA, VIDA UTIL: MINIMO 20000 HS, LUZ INFRAVERMELHA: BAIXA EMISSAO, ALIMENTACAO: 127/220 V, 50/60 HZ, ACESSORIOS: SONDA DE MEDICAO DE RADIANCIA, SISTEMA DE VENTOSAS PARA INSTALACAO SOBRE CUPULA DAS INCUBADORAS, BRACOS ARTICULADO PARA FIXACAO NA COLUNA DOS BERCOS AQUECIDOS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ESPECIFICAÇÃO COMPEMENTAR: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: PERMITIR USO DIRETO EM INCUBADORAS COM SEU PRÓPRIO PEDESTAL DE CONTROLE. O PEDESTAL DEVE PERMITIR AJUSTES DE ALTURA E INCLINAÇÃO COM ROZÍZIOS BLOQUEÁVEIS. O EQUIPAMNETO DEVE POSSUIR ALARME PARA CONTROLE DE TEMPERATURA.		UND	46		

3	Código do Item: 6518.274.0005 (ID - 183053)	3 - BERÇO AQUECIDO, APLICAÇÃO: UTI, POS CIRURGIA, NEONATAL, MATERIAL ESTRUTURA: CONSTRUÇÃO TUBULAR REFORCADA EM AÇO INOX, ~120 CM X 60 CM (C X L), TRATAMENTO: N/A, LEITO: ACRÍLICO TRANSPARENTE, COLCHÃO: ATOXICO COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, PROTEÇÃO: CONTRA CHOQUE, OPCIONAIS: N/A, ACESSÓRIOS: SENSOR DE PELE, FOCO DE LUZ FRIA, SUPORTE DE SORO, RELÓGIO APGAR NO PAINEL DO BERÇO, BANDEIJA INTERMEDIÁRIA SOB O LEITO, ALÇA PARA L, FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO PARA OS CIRCUITOS, BALANÇA INTEGRADA AO LEITO, RODÍZIOS: 4 GIRATÓRIOS DE 4" E BANDA LARGA COM FREIOS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE	UND	20		
---	---	--	-----	----	--	--

						TOTAL:	
--	--	--	--	--	--	--------	--

INSTRUÇÕES							
1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO							
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESSE PEDIDO.							
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.							

OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:							
--	--	--	--	--	--	--	--

1. PRAZO DE ENTREGA: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS							
2. ENDEREÇO DE ENTREGA: Centro de Distribuição da FSERJ (CD Pavuna), situada na rua Herculano Pinheiro nº 153, Pavuna - Rio de Janeiro.							
Horário de entrega: Segunda a sexta-feira - 08:00 às 16:00 horas, mediante à agendamento da entrega pelo fornecedor.							
3. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO.							