

		PROCESSO: SEI-080002/005376/2024					
INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		CNPJ: 10.834.118/0001-79					
FORNECEDOR:		VALID. PROPOSTA					
CNPJ:		IE					
END:		BAIRRO:					
CIDADE:		CEP:					
FONE:		FAX:					
E-MAIL:		RESPONSÁVEL:					
PRODUTOS / SERVIÇOS							
ITEM	CÓDIGO SIGA	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
1		<p>SISTEMA DIGITALIZACAO IMAGENS MEDICAS, APLICACAO: RADIOGRAFIA MEDICA, TIPO ALIMENTACAO: PLACAS DE FOSFORO 18X24, 24X30, 35X43 CM, ESTACAO POS PROCESSAMENTO IMAGENS: SIM, RECURSOS: SOFTWARE PROPRIO QUE PERMITA EXPORTACAO DE IMAGENS, RESOLUCAO: 10 PC/MM, MONITOR: MINIMO DE 17 POLEGADAS TOUCH SCREEN, CAPACIDADE ARMAZENAGEM: 10.000 IMAGENS, CAPACIDADE PROCESSAMENTO: 60 CASSETES NO FORMATO 35X43 /1H, ONECTIVIDADE: DICOM 3.0, DICOM Storage, DICOM Print, DICOM Worklist E DICOM MWM PARA CONEXAO RIS E HIS, NOBREAK: 1 KVA, ACESSORIOS: MONOCASSETE, IMPRESSORA, MONITOR, SISTEMA: N/A, COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - Informações Complementares: Monocassete, para raios x, com cassetes de placas de fósforo, nos formatos: 18 x 24, 24 X 30, 35 X 43 cm (2 unidades de cada tamanho); Resolução mínima de 10 px/mm, resolução de escala de cinza 12 bits/px; Estação de trabalho de controle de qualidade com monitor de no mínimo 17" touch screen; ✓ Armazenamento com HD de no mínimo 500 Gb; ✓ Ajustes de rotação, inversão, alteração de sensibilidade, densidade, contraste e latitude, ampliação e redução, recorte e marcações nas imagens; Régua para medidas e ângulos; Elaboração e impressão de laudos em diversos layouts; Gravação de imagens em mídias CR-R, DVD-R e pendrive, formatos JPG e DICOM Backup e restauração em mídias CR-R, DVD-R e pendrive: DICOM 3.0 com funcionalidades Storage, Print e Worklist; Processamento para eliminação de linhas de grade; Shutter eletrônico, correção de imagem de áreas não irradiadas; Identificação e reconhecimento automático de tamanho e tipo dos chassis: Recurso de software para compensação de linhas de grade anti difusora; Processamento de no mínimo 60(sessenta) cassetes no formato 35 x 43 cm por hora. Acessórios inclusos: 01 (um) nobreak para digitalizador CR, estação de qualidade de imagem e impressora dry; 01 (uma) impressora de filmes radiológicos do tipo dry com tecnologia laser à seco ou térmica: Demais acessórios necessários para funcionamento completo dos recursos do sistema. Exigências documentais e indicações na proposta comercial: Comprovante de Registro no Ministério da Saúde/ANVISA vigente; Período mínimo de garantia 24 (vinte e quatro) meses com substituição de peças, sem ônus para a Contratante. Em casos de assistência técnica fora do estado a contratada deverá custear as despesas de envio para coleta e devolução do equipamento. Indicação na proposta de Assistência Técnica própria ou autorizada em Território Nacional ou no estado do Rio de Janeiro.</p>		UND	9		R\$ -
OBSERVAÇÃO							
INFORMAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.						TOTAL:	
INSTRUÇÕES:							
<ol style="list-style-type: none"> CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA. 							
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:							
<ol style="list-style-type: none"> FORMA DE ENTREGA: A solicitação dos empenhos será parcelada de acordo com a demanda da unidade englobada neste TR. A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data de recebimento da nota de empenho. PRAZO DE ENTREGA: As entregas serão parceladas, de acordo com a demanda da Unidade e deverão ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento da nota de empenho; ENDEREÇO DE ENTREGA: HECC - IEDE - IECAC - HESM - IETAP - IEDS - HTO BAIXADA - HMÃE - HMULHER - Conforme Termo de Referência. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO. 							